

見積依頼書

業 者 各 位

令和 8 年 7 月 9 日

下記により見積書を提出して下さい。

(納品時の輸送料負担区分=貴社持ち)

分任支出負担行為担当官

※本案件は各社競争による見積もり合わせです。

陸上自衛隊九州補給処

分任支出負担行為担当官 園田 直樹

1. 見積に付する事項

(1) 品名等

No.	品 名	規 格	担当	内線
1	ケーブル障害アナライザ (JAY-Q42) 外注校正 ほか8件	見積書のとおり	鬼丸	2457
期日までの見積書提出をお願いいたします。(オープンカウンター方式)				
		納 期	令和8年10月30日	

(2) 納 入 場 所

九処 整備部 通電課

(3) 決定方式及び契約方式

決定方式: 総額決定

契約方式: 随意契約 (オープンカウンター方式)

(4) 見積書到着期日

令和8年7月30日 10時00分

※見積書はオープンカウンター専用様式を使用ください。

2. 契約予定日

令和8年7月30日

九州補給処



3 契約書等作成の要否

(1) 契約金額が100万円以上は請書、250万円を超える場合は契約書を作成します。

(2) 落札者には、承諾の証として発注書を送付します。

(3) 適用する契約条項

「役務請負契約条項」

「談合等の不正行為に関する特約条項」

「暴力団排除に関する特約条項」

4 注意事項

(1) インターネット九州補給処入札情報に掲載の「入札及び契約心得」「入札等参加者心得」を厳守して下さい。

(2) 書式(様式の見本)は、インターネット九州補給処入札情報からダウンロードして下さい。

(3) 公共事業からの暴力団排除を推進するための措置として、見積書余白に暴力団排除に関する誓約をお願いします。

(4) 見積書には、品名、規格、数量、単位、納入場所、納入期日等当方の要求に合致したものを必ず記載してください。

(5) 押印を省略する場合は、必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名、担当者の氏名及び連絡先の記入をお願いします。

(6) 押印を省略しない場合は必ず住所、会社名、代表者役職及び氏名を記入し、社印及び代表者印を押印してください。

(7) 見積書には消費税抜きの金額を記載して下さい。 見積金額に消費税を加算した金額が契約金額になります。

(8) 納品書は、納入時製品と一緒に3部(納入先)提出、請求書は、1部(調達会計部契約課)提出をお願いします。

また、納品書は契約物品に封入せず、納品時に別添をし契約物品と共に納入をお願いします。

契約物品及び納品書が受理された時が納入の日となりますので納期間近での納入の際は注意をお願いします。

(9) 納期までに納入されないときは、遅延料として遅延1日につき未納分の金額の1000分の1を徴収します。

又、契約解除に伴う違約金は、代金の100分の10を徴収します。

その他契約変更・解除がある場合は速やかに契約担当官に調整してください。

問い合わせ先・見積書送付先

〒842-0032 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野7-1

TEL 0952-52-2161 FAX 0952-52-3748 メール fin-wadep@inet.gsdf.mod.go.jp

九州補給処調達会計部 契約課第1契約班 担当者 植木 内線 2317

規格及び仕様書に関する問い合わせ先 担当者 鬼丸 内線 2457

見 積 書

件名リストー連番号

12

見積金額¥

(消費税及び地方税を含まない)

No.	品 名	規 格	単位	数量	単 価	金 額
1	ケーブル障害アナライザ (JA Y-Q42) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
2	ケーブル障害アナライザ (JA Y-Q42) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
3	伝送特性測定器 (GOB-68) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
4	ピーク電力計 (JWM-Q27) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
5	ピーク電力計 (JWM-Q27) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
6	短波出力計 (JTS-N11-C/DA-N2/U) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
7	電力計 (JWM-Q13) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
8	終端型電力計 (GWM-65) 外注校正	仕様書の通り	EA	1		
9	電力計 (JWM-Q13) 外注校正	仕様書の通り	UN	1		
		以下余白				
納入 (履行) 場 所		九処 整備部 通電課	納期 (履行期限)	令和8年10月30日		
契約保証金		免 除	入札 (見積) 書有効期間	令和8年7月30日 10時00分		

上記に関して「入札及び契約心得」、「オープンカウンター方式実施要項」及び「標準契約書等」の契約条項等を承諾のうえ入札見積り致します。また、当社（私（個人の場合）、当団体（団体の場合））は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約致します。

令和 8 年 7 月 30 日

分任支出負担行為担当官
陸上自衛隊九州補給処
調達会計部長 園田 直樹 殿

住 所
会 社 名
代表者役職
氏 名
担当者名

連 絡 先 (FAX含む)

(注) 押印を省略する場合には担当者名及び連絡先を記載願います。

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
電気関係計測器の校正	WS-Z 2 2 0 0 0 2 B	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和3年 4月13日
	変 更	令和8年 4月24日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において外注する電気関係計測器の校正について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 AD 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 校正に関する要求

2.1 品名・型式等

品名及び型式等は、調達要領指定書による。

2.2 校正実施要領

校正は、適切な作業管理及び次に示す事項をもとに行い可否を判定するものとする。

2.2.1 環境条件

振動、ほこり、その他精密測定を阻害する要素がない状態で行うものとする。

2.2.2 使用計測器

校正に使用する計測器は、年1回以上校正されたものとし、被校正機器本来の規定（許容差範囲）を確認できる精度を有するものとする。

2.3 校正基準

校正基準は、当該校正品の取扱説明書のほか、調達要領指定書による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 輸送

輸送は、契約相手方が担任するものとする。

5.2 添付書類

添付書類は、表 1 によるものとし、対象計測器 1 台ごとに、各 1 部を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	書類名	部数	様式等
1	校正成績書	1	5.2a) 及び 5.2b) による。
2	使用計測器に関する書類		

- a) 校正成績書の様式は、契約の相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、校正実施会社名、校正実施者印、品名、型式、校正の合否、室内温度、室内湿度、物品番号、器材(取得)番号、製造者名、製造年月及び校正年月日を基準とする。
- b) 使用計測器に関する書類の様式は、契約相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、品名、型式、製造者名及び校正有効期限を基準とする。

5.3 提出書類

提出書類は、表 2 による。

表 2－提出書類

番号	書類名	提出先	提出時期
1	受領書	検 査 官 (九州補給処整備部通信電子課)	引渡し時
2	納品書・(受領) 検査調書		完了品納品時

5.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001ADの 8.3 による。

調 達 要 領 指 定 書	一 連 番 号	0 0 1 9			
	調 達 要 求 番 号	6 S N U 1 A Y 0 0 1 9			
	調 達 要 求 年 月 日	令和7年 7月 3日			
	作 成 部 課	装備計画部通信電子課			
	作 成 年 月 日	令和7年 7月 3日			
品 名	ケーブル障害アラライザ JAY-Q42 外注整備 (校正)				
仕 様 書 番 号	WS-Z 2 2 0 0 0 2 B				
指定事項					
1 品名・型式等					
No.	統 制 番 号	品 名	型 式 業者型式	器材番号 シリアル番号	製造会社 納入会社
001	KG702	ケーブル障害アラライザ	JAY-Q42 N9912A	15-02-6-3 MY51465096	アジレントテクノロジー
002	KG703	ケーブル障害アラライザ	JAY-Q42 N9912A	16-02-9-4 MY51465386	キーサイトテクノロジー
2 校正基準 公表されている製造会社製品仕様の校正内容による。					
3 校正実施場所 校正実施は、契約相手方が指定する場所において、校正を実施するものとする。					

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
電気関係計測器の校正	WS-Z 2 2 0 0 0 2 B	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和3年 4月13日
	変 更	令和8年 4月24日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において外注する電気関係計測器の校正について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 AD 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 校正に関する要求

2.1 品名・型式等

品名及び型式等は、調達要領指定書による。

2.2 校正実施要領

校正は、適切な作業管理及び次に示す事項をもとに行い可否を判定するものとする。

2.2.1 環境条件

振動、ほこり、その他精密測定を阻害する要素がない状態で行うものとする。

2.2.2 使用計測器

校正に使用する計測器は、年1回以上校正されたものとし、被校正機器本来の規定（許容差範囲）を確認できる精度を有するものとする。

2.3 校正基準

校正基準は、当該校正品の取扱説明書のほか、調達要領指定書による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 輸送

輸送は、契約相手方が担任するものとする。

5.2 添付書類

添付書類は、表 1 によるものとし、対象計測器 1 台ごとに、各 1 部を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	書類名	部数	様式等
1	校正成績書	1	5. 2a) 及び 5. 2b) による。
2	使用計測器に関する書類		

- a) 校正成績書の様式は、契約の相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、校正実施会社名、校正実施者印、品名、型式、校正の可否、室内温度、室内湿度、物品番号、器材(取得)番号、製造者名、製造年月及び校正年月日を基準とする。
- b) 使用計測器に関する書類の様式は、契約相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、品名、型式、製造者名及び校正有効期限を基準とする。

5.3 提出書類

提出書類は、表 2 による。

表 2－提出書類

番号	書類名	提出先	提出時期
1	受領書	検 査 官 (九州補給処整備部通信電子課)	引渡し時
2	納品書・(受領) 検査調書		完了品納品時

5.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001ADの 8.3 による。

調 達 要 領 指 定 書	一 連 番 号	0 0 2 0			
	調 達 要 求 番 号	6 S N U 1 A Y 0 0 2 0			
	調 達 要 求 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 日			
	作 成 部 課	装備計画部通信電子課			
	作 成 年 月 日	令和 7 年 7 月 3 日			
品 名	伝送特性測定器 GOB-68 他 1 品目 外注整備（校正）				
仕 様 書 番 号	W S - Z 2 2 0 0 0 2 B				
指定事項					
1 品名・型式等					
No.	統 制 番 号	品名	型式 業者型式	器材番号 シリアル番号	製造会社 納入会社
001	KG711	伝送特性測定器	GOB-68 N9918A	16-02-1-1 MY53105442	キーサイトテクノロジー
002	KG705	ピーク電力計	JWM-Q27 (本体：E4416A) (パワーセンサ：E9327A)	11-01-4-2 (本体 S/N：MY50000618) (パワーセンサ：MY50390005)	日本電計
003	KG706	ピーク電力計	JWM-Q27 (本体：E4416A) (パワーセンサ：E9327A)	11-02-1-1 (本体 S/N：50000615) (パワーセンサ：MY50400010)	日本電計
2 校正基準 公表されている製造会社製品仕様の校正内容による。					
3 校正実施場所 校正実施は、契約相手方が指定する場所において、校正を実施するものとする。					

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	仕 様 書 番 号	
電気関係計測器の校正	WS-Z 2 2 0 0 0 2 B	
	防衛大臣承認	年 月 日
	作 成	令和3年 4月13日
	変 更	令和8年 4月24日
	作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において外注する電気関係計測器の校正について規定する。

1.2 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z 0 0 0 0 0 1 AD 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2 校正に関する要求

2.1 品名・型式等

品名及び型式等は、調達要領指定書による。

2.2 校正実施要領

校正は、適切な作業管理及び次に示す事項をもとに行い可否を判定するものとする。

2.2.1 環境条件

振動、ほこり、その他精密測定を阻害する要素がない状態で行うものとする。

2.2.2 使用計測器

校正に使用する計測器は、年1回以上校正されたものとし、被校正機器本来の規定（許容差範囲）を確認できる精度を有するものとする。

2.3 校正基準

校正基準は、当該校正品の取扱説明書のほか、調達要領指定書による。

3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 出荷条件

4.1 包装

包装は、商慣習による。

4.2 包装の表示

包装の表示は、識別可能な商慣習による。

5 その他の指示

5.1 輸送

輸送は、契約相手方が担任するものとする。

5.2 添付書類

添付書類は、表 1 によるものとし、対象計測器 1 台ごとに、各 1 部を添付するものとする。

表 1－添付書類

番号	書類名	部数	様式等
1	校正成績書	1	5.2a) 及び 5.2b) による。
2	使用計測器に関する書類		

- a) 校正成績書の様式は、契約の相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、校正実施会社名、校正実施者印、品名、型式、校正の合否、室内温度、室内湿度、物品番号、器材(取得)番号、製造者名、製造年月及び校正年月日を基準とする。
- b) 使用計測器に関する書類の様式は、契約相手方が定めた任意の様式とし、記載事項は、品名、型式、製造者名及び校正有効期限を基準とする。

5.3 提出書類

提出書類は、表 2 による。

表 2－提出書類

番号	書類名	提出先	提出時期
1	受領書	検 査 官 (九州補給処整備部通信電子課)	引渡し時
2	納品書・(受領) 検査調書		完了品納品時

5.4 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001ADの8.3による。

調 達 要 領 指 定 書	一 連 番 号	0 0 2 1
	調 達 要 求 番 号	6 S N U 1 A Y 0 0 2 1
	調 達 要 求 年 月 日	令和8年 7 月 3 日
	作 成 部 課	装備計画部通信電子課
	作 成 年 月 日	令和8年 7 月 3 日
品 名	短波出力計 (JTS-N11-C/DA-N2/U) 外注整備 (校正) 他 2 品目	
仕 様 書 番 号	W S - Z 2 2 0 0 0 2 B	

指定事項

1 品名・型式等

No.	統制番号	品名	型式 業者型式	取得番号 製造番号	製造会社 納入会社
001	KG709	短波出力計	JTS-N11-C/DA-N2/U	01-03-47-23 114280	東京電波
002	KG713	電力計	JWM-Q13	92-01-4-4	東京電波
003	KG712	終端型電力計	GWM-65	12-03-64-58	フジソク
004	KG710	電力計	JWM-Q13	111518	東京電波

2 校正基準

公表されている製造会社製品仕様の校正内容による。

3 校正実施場所

校正実施は、契約相手方が指定する場所において、校正を実施するものとする。