

調達要求番号：5SN81AB0001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書			
物品番号	4532933	仕 様 書 番 号	
COD全りん全窒素自動測定装置の 外注整備		WC-Z220015	
		防衛大臣承認	年 月 日
		作 成	令和 3年 3月25日
		変 更	年 月 日
		作成部隊等名	九 州 補 給 処

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、九州補給処において実施するCOD全りん全窒素自動測定装置の外注整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001AC及びGLT-CG-Z500002Sによる。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001AC 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002S 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備に関する要求

2.1 整備対象器材

整備対象器材は、表1による。

表1-整備対象器材

品 名	島津製作所 オンライン全チツソ・全リン計
数 量	1
製造会社	島津製作所
型式番号	TNP-4200U (逆洗ストレーナ式前処理器)
整備時期	年2回 (8月・2月)
整備内容	調達要領指定書による

2.2 一般的要求事項

一般的要求事項は、GLT-CG-Z500002Sの2.1による。

2.3 整備の種類

整備の種類は、GLT-CG-Z500002Sの2.2に示すg)“計画整備”とする。

2.4 整備の作業方式

整備の作業方式は、GLT-CG-Z500002Sの2.3に示すa)“標準(又は確定)作業方式”とする。

2.5 整備作業

整備作業及び作業内容は、製造者の社内基準・規格に基づく1年点検(部品交換含む)とする。

2.6 整備実施場所

整備実施場所は、陸上自衛隊湯布院駐屯地(水道所)とする。

2.7 機能・性能

機能及び性能は、GLT-CG-Z500002Sの2.12.2によるほか、製造者の社内基準及び規格とする。

2.8 整備作業の中止

整備作業間の作業中止事項は、GLT-CG-Z500002Sの2.14による。

2.9 外観

外観は、GLT-CG-Z500002Sの2.12.1による。

3 品質保証

3.1 試験

試験は、GLT-CG-Z500002Sの3.1による。

3.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

4 その他の指示

4.1 提出書類

提出書類については、作業報告書2部、各種試験成績書2部、納品書・検査調書3部を契約担当官等へ提出するものとする。

4.2 保証期間

保証期間は、受領検査合格のときから1年とする。

5 仕様書等に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001ACの8.3による。

調達要領指定書	発簡番号	2
	調達要求番号	5SN81AB0001
	調達要求年月日	7.4.9
	作成部課	九州補給処装計部化学課
	作成年月日	7.4.4
品名	COD全りん全窒素自動測定装置の外注整備	
仕様書番号	WC-Z220015	

指定事項：

1 2.1 整備対象器材

整備内容については、下表のとおりとする。

部品名	数量	単位
TNP-4200U (年2回点検)	1	式
純水器内蔵型・フィルタ交換	1	式
調整済み試薬 (1年分)	1	式
スパン校正液 (1年分)	1	式
試薬送料	12	式
TN/TP管理測定	1	式
COD相関試験	1	式