

仕 様 書		仕 様 書 番 号	1 1
		調 達 要 求 番 号	1T091AB0006
		要 求 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 9
		作 成 課 (班)	衛 生 資 材 課
		作 成 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 9
品 名	手術灯, LED式, 2灯式 移設役務		
規 格	仕様書のとおり		
1	適用範囲	本仕様書は自衛隊別府病院の「手術灯, LED式, 2灯式 移設役務」に適用する。	
2	製品名、規格及び型式等	(1) 製品名: スカイレック R9 主灯+副灯 (2) 製造番号: L0058	
3	作業期間	(1) 取外作業: 令和4年1月11日(火) 1100~1600の間 (2) 取付作業: 令和3年1月12日(水) 0900~1500の間	
4	移設元・移設先	(1) 移設元: 自衛隊別府病院 大分県別府市大字別府3088-24 (2) 移設先: 自衛隊福岡病院 福岡県春日市小倉東1丁目61番地	
5	役務内容	(1) 自衛隊別府病院手術室に設置している本器材を取外し、業者が準備した梱包資材に梱包する。 (2) 本器材を取り外した後は、取り外す前の現状に復旧する。 (3) 自衛隊別府病院から自衛隊福岡病院までの輸送は業者の計画による。 (4) 自衛隊福岡病院の設置に必要なアームの製作は、上段、下段ともに950mmダブルアームとする。 (5) 自衛隊福岡病院の設置場所は手術室とし、細部設置場は別示す。 (6) 取付作業前に設置する手術室の養生処置を実施し、作業完了後は撤収する。 (7) 自衛隊福岡病院に設置されている手術灯の取外し、取り外した器材は自衛隊福岡病院へ渡す。 (8) 取付後は、本器材が正常に点灯・作動するか確認し、本器材の性能を十分に発揮するものとする。 (9) 取外作業、据付及び機能点検に要する時間(日数)は、事前に官側と調整する。 (10) 不具合等が発生した場合、若しくは、移設作業に関して影響が発生する場合は、官側と調整する。 (11) 作業終了報告書を2部提出する。 (12) 輸送で使用した梱包資材を処分する。 (13) 移設作業は、専門の技術をもった技術者が行うこと。 (14) 高度管理医療機器取扱店の資格を保有していること。	
6	検 査	検査官、業者、取扱者の立ち会い上、実施する。	
7	保 証	取付から6か月間保証	

8 その他

(1) 細部不明な点は、担当者と業者側で調整

(2) 担当者

自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治

TEL 0977-21-6811 (内線341)

作成者

自衛隊別府病院衛生資材課

陸曹長 井上昭

