

仕 様 書

仕様書番号	22
調達要求番号	1T091AB0017
要求年月日	2021.11.19
作成課(班)	衛生資材課
作成年月日	2021.11.19
電子内視鏡システム	接続
品名	電子内視鏡システム
規格	仕様書のとおり

1 適用範囲

本仕様書は、自衛隊別府病院から自衛隊那覇病院へ移設する「電子内視鏡システムの医療画像保管装置、那覇病院用への接続」に適用する。

2 製品名、規格及び型式等

- (1) 製品名：EVIS LUSERA ELTITE
- (2) 製造番号：22024213

3 作業期間

- (1) 組立作業：令和4年1月18日(火)1300～1600 細部は調整による。
- (2) 接続作業：令和4年1月20日(木)～1月21日(金)のうち1日 細部は調整による。

4 接続関係業者

- (1) 電子内視鏡システム：オリンパス
- (2) 医療画像保管装置、那覇病院用：富士フイルム医療ソリューションズ株式会社

5 役務内容

- (1) 電子内視鏡システムを富士フイルム社DICOM画像検査システムに接続すること。
- (2) 接続前の作業として、電子内視鏡システムの組立及び機能点検を行うこと。
- (3) DICOM画像検査システムに接続に必要な装置「QUEVDICOM」を準備すること。
- (4) 接続方式は「Storage 接続」で接続すること。
- (5) 接続作業後は、関係する全ての端末機器で不具合がないか確認し、不具合があれば、官側と調整すること。
- (6) 組立作業及びセットアップに要する時間(日数)は、事前に官側と調整すること。
- (7) 作業終了報告書を2部提出すること。
- (8) 移設作業は、専門の技術者をもって技術者が行うこと。
- (9) 高度管理医療機器取扱店の資格を保有していること。

6 検査

検査官、業者、取扱者の立ち会い上、実施する。

7 保証

取付から6か月間保証

8 その他

- (1) 細部不明な点は、担当者と業者側で調整
- (2) 担当者

自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治

TEL 0977-21-6811(内線341)

作成者 自衛隊別府病院衛生資材課

陸曹長 井上昭治

