

仕 様 書	仕 様 書 番 号	1 4
	調 達 要 求 番 号	1T091AM0009
	要 求 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
	作 成 課 ( 班 )	衛 生 資 材 課
	作 成 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
品 名	自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付 移設	
規 格	仕様書のとおり	
1 適用範囲 本仕様書は自衛隊別府病院の「自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付 移設」に適用する。		
2 製品名、規格及び型式等 (1) 製 品 名: Dimension EX200 Refresh SMN10636929 (2) 製造番号: DR272892		
3 作業期間 (1) 取外作業: 令和3年12月17日(金) 細部は官側と調整による。 (2) 取付作業: 令和4年 1月18日(月)～1月26日(水) 細部は官側と調整による。		
4 移設元・移設先 (1) 移設元: 自衛隊別府病院 大分県別府市大字別府3088-24 (2) 移設先: 自衛隊那覇病院 沖縄県那覇市字当間301		
5 役務内容 (1) 自衛隊別府病院検査室に設置している本器材を取り外すこと。 (2) 取外作業前に洗浄を行い、試薬等の液漏れがない様にする事。 (3) 本体からの部品等取り外しは、「モニター」「キーボード」「アーム」「プリンター」「UPS」とすること。 その他取り外しが必要な部品等があれば、現場で調整すること。 (4) 自衛隊別府病院から自衛隊那覇病院までの輸送は、官側の計画により実施する。 (5) 自衛隊那覇病院への本器材の搬入は、状況により変更する場合は、官側から連絡し、調整をさせる。 (6) 取外作業、据付及び相関データ取りまでの要する時間(日数)は、事前に官側と調整すること。 (7) 取付後は、本器材が正常に作動するか確認し、精度管理及び相関データ取りを行い、本器材の性能を十分に発揮できること。精度管理及び相関データ取りの細部は契約後に示す。 (8) 不具合等が発生した場合、若しくは、移設作業に関して影響が発生する場合は、官側と調整すること。 (9) 作業終了報告書を2部提出すること。 (10) 移設作業は、専門の技術をもった技術者が行うこと。 (11) 大分県と沖縄県に支店又は営業所があり、試薬の供給が行えること。 (12) 高度管理医療機器取扱店の資格を保有していること。		
6 検 査 検査官、業者、取扱者の立ち会い上、実施すること。		
7 保 証 取付から6か月間保証		

8 その他

(1) 細部不明な点は、担当者と業者側で調整

(2) 担当者

自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治

TEL 0977-21-6811(内線341)

作成者 自衛隊別府病院衛生資材課

陸曹長 井上昭治

