

仕 様 書	仕 様 書 番 号	2 1
	調 達 要 求 番 号	1T091AM0016
	要 求 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
	作 成 課 ( 班 )	衛 生 資 材 課
	作 成 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
品 名	医療画像保管装置, 那覇病院用 接続	
規 格	仕様書のとおり	
1 適用範囲	本仕様書は、自衛隊別府病院から移設する医療器材の自衛隊那覇病院の「医療画像保管装置, 那覇病院用」への接続に適用する。	
2 接続器材		
(1) 電子内視鏡システム	製品名: EVIS LUSERA ELTITE 製造番号: 2 2 0 2 4 2 1 3	
(2) 汎用超音波診断装置, 多用途	製品名: ACUSON X300PE Upgrade 製造番号: 3 4 1 1 7 8 5	
(3) 移動型デジタル式汎用X線診断装置, FPD搭載型	製品名: Mobile DaRt Evolution MX 8 製造番号: MQ00018B1002	
3 作業期間	令和4年 1月20日(木)～1月21日(金)のうち1日 細部は調整による。	
4 接続関係業者		
(1) 医療画像保管装置, 那覇病院	富士フィルム医療ソリューションズ株式会社	
(2) 電子内視鏡システム	オリンパス	
(3) 汎用超音波診断装置, 多用途	シーメンスヘルスケア株式会社	
(4) 移動型デジタル式汎用X線診断装置, FPD搭載型	島津メディカルシステムズ株式会社	
5 役割内容		
(1) 電子内視鏡システム	ア 「Storage 接続」でシステムに接続する。 イ 接続完了後は、関係する全ての端末機器で不具合がないか確認し、不具合がある場合は、官側と調整する。 ウ 接続作業する場合は、電子内視鏡システムの器材業者(オリンパス)も立ち会いをさせる。	
(2) 汎用超音波診断装置, 多用途	ア 接続方式は「Storage 接続」で接続する。 イ 接続完了後は、関係する全ての端末機器で不具合がないか確認し、不具合がある場合は、官側と調整する	

ウ 接続作業をする場合は、汎用超音波診断装置, 多用途用の業者(シーメンスヘルスケア株式会社)も立ち会いとする。
(3) 移動型デジタル式汎用X線診断装置, FPD搭載型 ア 「Storage 接続」に接続する。 イ 接続完了後は、関係する全ての端末機器で不具合がないか確認し、不具合がある場合は、官側と調整する。 ウ 接続作業をする場合は、汎用超音波診断装置, 多用途用の業者(島津メディカルシステムズ株式会社)も立ち会いさせる。
(4) 共通事項 ア 緊急の診療が発生した場合は、診療を優先する。接続作業の再開は、現地で調整をする。 イ 作業する場合は、官側の担当者、富士フィルムの担当者、接続する機器の業者が確実に立ち会いの下で実施する。現場から離れる場合は、官側の了承を得てから離れること。 ウ 作業時間を超過する場合は、官側と調整する。 エ 接続に必要なケーブル等は、業者側で準備したものを使用する。 オ 接続作業で発生したゴミは、業者側で処分する。 カ 作業終了報告書を2部提出する。 キ 接続作業は、専門の技術を持った技術者が行うこと。 ク 高度管理医療機器販売資格を有すること
6 検査 検査官、業者、取扱者の立ち会い上、実施する。
7 保証 取付から6か月間保証
8 その他 (1) 細部不明な点は、担当者と業者側で調整 (2) 担当者 自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治 TEL 0977-21-6811(内線341)
作成者 自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治

