

仕 様 書	仕 様 書 番 号	2 5
	調 達 要 求 番 号	1T091AM0020
	要 求 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
	作 成 課 ( 班 )	衛 生 資 材 課
	作 成 年 月 日	2 0 2 1 . 1 1 . 2 4
品 名	臨床検査データ処理装置 接続	
規 格	仕様書のとおり	
1 適用範囲	本仕様書は、自衛隊別府病院から移設する医療器材を自衛隊那覇病院の「臨床検査データ処理装置 接続」に適用する。	
2 臨床検査データ処理装置 (Lavolute8) に接続する器材の製品名、規格及び型式等	(1) 血球計数装置, ラック付 製品名: 多項目自動血球分析装置 XN-550 製造番号: 21802 (2) 自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付 製品名: Dimension EX200 Refresh 製造番号: DR272892	
3 作業期間	(1) 血球計数装置, ラック付 令和4年 1月28日(金) 細部は調整による。 (2) 自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付 令和4年 1月28日(金) 細部の日程は調整による。	
4 接続関係業者	(1) 臨床検査データ処理装置 (Lavolute8) 株式会社 日立ソリューションズ (2) 血球計数装置, ラック付 シスメックス 株式会社 (3) 自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付 シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社	
5 役務内容	(1) 自衛隊那覇病院の臨床検査システム「Lavolute8」に自衛隊別府病院から移設する検査器材「血球計数装置, ラック付」並びに「自動分析装置, 生化学・免疫化学用, LOCI機能付」を接続すること。 (2) 接続に必要なライセンス仕様書は、自衛隊別府病院が指定した業者に準備をさせる。 (3) 接続後は、機能点検を行い臨床検査システムの機能が十分に発揮できること。 (4) 機能点検は、接続器材の業者を立ち会わせて点検を行うこと。 (5) 不具合等が発生した場合、若しくは、接続作業に関して影響が発生する場合は、官側と調整すること。 (6) 作業終了報告書を2部提出すること。 (7) 接続作業は、専門の技術を持った技術者がおこなうこと。 (8) 高度管理医療機器販売資格を有すること。	

6 検 査	検査官、業者、取扱者の立ち会い、実施すること。
7 保 証	取付から6か月間保証
8 その他	(1) 細部不明な点は、担当者と業者側で調整 (2) 担当者 自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治 TEL 0977-21-6811 (内線341)
	作成者 自衛隊別府病院衛生資材課 陸曹長 井上昭治 