

自衛隊福岡病院仕様書

| 物品番号 | 仕様書番号 |
|----------------------------|-------------|
| X線CT構成品、医療情報画像ディスク発行システム修理 | 福病C-衛-T-125 |
| | 作成 5.2.1 |
| | 変更 |
| | 作成部課等名 福病衛材 |

1 総則

この仕様書の適用範囲は、自衛隊福岡病院において使用するX線CT構成品、医療情報画像ディスク発行システムの外注修理について規定する。

2 整備に関する要求

2.1 対象器材

| 品 名 | 銘柄・規格 | 数量 | 単位 |
|--------------------------|-----------------|----|----|
| X線CT構成品、医療情報画像ディスク発行システム | コニカミノルタ ジャパン | 1 | 式 |

2.2 整備箇所・種類

| 品名・規格 | 数量 | 単位 | 備考 |
|----------------------|----|----|------|
| (1) ID-680HM typeWEB | 1 | 式 | 交換 |
| (2) PP-100Ⅲ | 1 | 式 | 交換 |
| (3) 19インチカラーモニター | 1 | 式 | 交換 |
| (4) バックアップHDD | 1 | 式 | 交換 |
| (5) 全般調整 | 1 | 式 | 点検整備 |

交換部品は、全て請負業者が回収するものとする。

2.3 整備実施場所

福岡病院を基本とするも、営業所等へ持ち出す場合は官側と調整するものとする。

3 品質保証

3.1 監督・検査

修理完成後、係官立会の上完成検査を実施する。

3.2 保証期間

本修理の保証期間は検査合格後、3ヶ月とし、その間に不良又は損傷が発生した場合は、係官と契約者の協議の結果、修理契約業者負担とされた部分は無償修理を行うものとする。

4 その他

細部について、不明な事項は係官と調整する。