

陸上自衛隊仕様書			
物品番号	GM711253975	仕様書番号	
包装品用高圧蒸気滅菌器、400L		熊本病-T1000062D	
		作成	令和2年 1月14日
		変更	令和4年12月13日
		作成部隊等名	自衛隊熊本病院衛生資材課

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院において使用する包装品用高圧蒸気滅菌器、400Lの整備について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001、GLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 整備対象器材

整備対象器材は、表1による。

表1-対象器材

品名	規格	数量
包装品用高圧蒸気滅菌器、400L		2

3 整備に関する要求

3.1 一般的事

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内企画並びに商習慣による。

3.2 整備場所

自衛隊熊本病院中央材料室

3.3 整備内容

3.3.1 外観点検・清掃

3.3.2 圧力計点検等

3.3.3 扇部(パッキン・フィルタ含む)点検・清掃等

3.3.4 缶体内外点検・清掃

3.3.5 安全弁点検・清掃

3.3.6 配管系統点検・清掃等

3.3.7 真空ポンプ点検・清掃等

3.3.8 電気系統点検等

3.3.9 エアー関係点検等

3.3.10 記録計、プリンタ点検

3.4 部品交換

交換部品は、表2による。

表2-交換部品

番号	部品名	規格	数量
1	扉パッキン	B3102001	2本
2	サーモエレメント	A8101011	6個
3	フィルター	B2000660	2本
4	ストレーナ トランプ回路ストレーナ用	A8308005	1個
5	バックアップ用電池 ディスプレイ用	00000-7825	2個
6	バッテリー シーケンサー用	A3500006	2個
7	蒸気フィルター	B2000035	2個
8	Oング	B3000103	2個
9	圧力計 元蒸気圧	00001-1726	1個

3.5 運転・試験

整備終了後、総合機能点検を実施し、異常の有無の確認

3.6 キャリブレーション内容

3.6.1 温度ループ検査

3.6.2 圧力ループ検査

3.6.3 記録計打点位置補正

3.7 整備作業間の作業中止事項

契約の相手方は、整備作業間において次に該当する場合は、直ちに作業を中止し、その旨を文書で契約担当官等に申し出て指示を受ける。

なお、契約担当官等から整備作業中止の指示を受けた場合は、中止にした時点までの作業の確認を受けるとともに、仮組立てなどの処置を行い、原形に復し契約担当官等の指示に従う。

- a) 当該器材等の総修理費が修理限度額を超えると判断した場合
- b) 個別仕様書等で、指示された以外の工程が必要と判断した場合
- c) 当該器材等が調整などによって修復できないと判断した場合
- d) 技術的又はその他の理由によって当該器材等を適否について疑義が生じた場合

4 品質保証

4.1 保証期間

検査合格後、6ヶ月とする。

4.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は、表3による。

表3-提出書類

名称	時期	数量	提出先
作業完了報告書	整備終了後速やかに	各1部	自衛隊熊本病院衛生資材課
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

5.2 情報の保全

契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに、それらの部外への利用、公表などを許可なく行ってはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

契約相手方は、この仕様書及び調達品目表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。