

| 自衛隊福岡病院仕様書 | | |
|------------------|------------|--------|
| 物品番号 | 仕様書番号 | |
| X線画像撮影装置周辺機器保守点検 | 福病C-衛-T-22 | |
| | 作成 | 6.1.31 |
| | 変更 | . |
| | 作成部課等名 | 福岡病衛材 |

1 総則

この仕様書の適用範囲は、自衛隊福岡病院において使用する下記の保守点検について規定する。

2 保守に関する要求

2.1 対象器材

「X線画像撮影装置周辺機器」（コニカミノルタジャパン製）の保守点検対象器材構成品目及び定期点検の回数・周期・サポート形態は別紙第1「保守点検対象器材構成品目表」のとおりとする。

2.2 保守対象期間

保守点検対象期間は、令和6年4月1日より令和7年3月31日までとする。

2.3 保守整備箇所

- (1) X線画像撮影装置周辺機器の保守点検は、別紙第1に示すものとし、点検項目は業者指定の点検表により点検を行う。点検結果は作業報告書1部を提出すること。
- (2) 部品を交換する場合には係官の指示を受けるものとする。交換部品は、すべて業者回収とする。

2.4 緊急保守

故障障害発生等の通報を受けた場合、遅延無く業務に支障が無いよう正常な状態に復旧の処置を行うものとする。

2.5 負担区分

- (1) 定期保守点検に伴う部品（免責金額有り）は請負業者負担とする。
- (2) 緊急保守等のトラブル発生時に関わる部品等（免責金額有り）及び役務に関わる費用はすべて請負業者負担とする。

3 品質保証（監督・検査）

- 3.1** 監督官立会により定期保守点検及び緊急保守の作業状況を確認する。
- 3.2** 定期保守点検及び緊急保守終了後、検査官が使用責任者立会のもと試験を実施し機能を確認後「検査調書」をもって検査合格とする。

4 その他

この仕様書において疑義が生じた場合は速やかに当院担当者と協議するものとする。

保守点検対象器材構成品目表

| 装置名 | 型式名 | 数量 | 定期点検回数 | サポート形態 |
|---------------------|-------------------------|----|--------|--------|
| 立位撮影台, DR式 | PLAUDR C30 | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| カセット対応型CR装置 | REGIUS 110本体 | 1 | | ベータシック |
| レポート装置 | I-PACS QA(検像)PC | 1 | | ベータシック |
| レポート装置 (Portable) | I-PACS QA(検像)PC | 1 | | フルサポート |
| 画像検出器Aero DR SYSTEM | AeroDR ボックス | 1 | | セミサポート |
| | AeroDR アクセスポート | 1 | | ベータシック |
| | AeroDR アクセスポート2 | 2 | | セミサポート |
| | AeroDR XGボックス | 2 | | セミサポート |
| | AeroDR クレートル | 1 | | セミサポート |
| | AeroDR マルチサイズクレートル | 3 | | セミサポート |
| | AeroDR 1417HQ2 | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | AeroDR 1717HQ2 | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | AeroDR Swift 1717HL | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | DETECTOR INTERFACE UNIT | 2 | | フルサポート |
| POWER SUPPLY UNIT | 1 | | セミサポート | |
| 画像制御装置 | CS-7 | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | CS-7 (一般撮影) | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | CS-7 (Portable) | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| 検像システム | ID-680RM | 1 | | ベータシック |
| 画像確認装置 | I-PACS EX(250GB) | 1 | | ベータシック |
| ワークステーション用サーバー | I-PACS FS2サーバー-本体6TB | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | BACKUP FS2 NASサーバー-6TB | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| | Mp-IDSモデル小規模サーバー-本体 | 1 | | フルサポート |
| マンモ用サーバー | Plissimoサーバー-3.6TB | 1 | 1回/年 | ベータシック |
| 被ばく線量管理システム | Integra/Xma IT本体 | 1 | 1回/年 | フルサポート |
| 画像情報作成装置 | ID-680HM TypeWeb | 1 | 1回/年 | フルサポート |