

自衛隊福岡病院仕様書

物品番号		仕様書番号	
在宅持続陽圧呼吸役務		福病-衛-T-23	
		作成	7.1.31
		変更	
		作成部課等名	福岡病衛材

1 総 則

この仕様書は、自衛隊福岡病院が実施する「在宅持続陽圧呼吸療法」に必要な加温加湿器等を使った在宅持続陽圧呼吸役務に関し規定する。

2 役務に関する要求

(1) 対象役務

役務の内容	規格
在宅持続陽圧呼吸役務	No. 2. 2～No. 5のとおり

2.1 借用器材

ア 品 名

在宅持続陽圧呼吸療法装置

イ 機 種

フクダ電子（株）二相式気道陽圧ユニット（レスメドAirCurve10 CS-A）

2.3 要求する性能

本体、チューブ、マスクで構成され、圧力をかけた空気を鼻から気道に送り込み、患者睡眠時の無呼吸を防止するものであること。

本体一体型の加温加湿器を有すること。

睡眠時の呼吸状態を外部メモリに記録可能なものであること。

賃貸借に対して地域的な限定を有しないこと。

2.4 役務の実施要領

1ヶ月（初月のみ除く。）ごとに呼吸状態を記録した外部メモリを受領し、翌月の指定期日までに解析結果を当院看護部外来に交付すること。

3 使用の際の不明な点や故障の相談は、専用電話にて24時間対応可能であること。

4 設置状況等の確認をもって、役務完了とする。

5 細部は官側との調整による。

仕様書に疑義が生じた場合は、双方で協議を行うこととする。