

保守点検対象器材構成品目表

	項目	数量	点検回数	周 期		
				3ヶ月	6ヶ月	12ヶ月
1	液化酸素供給設備					
(1)	気化器	1式	4回	5月・11月	8月	2月
(2)	同上用連結管	3本	4回	5月・11月	8月	2月
2	酸素供給装置					
(1)	酸素マニフールド	1式	4回	5月・11月	8月	2月
(2)	同上用連結管	12本	4回	5月・11月	8月	2月
(3)	同上用電源盤	1面	4回	5月・11月	8月	2月
3	吸引設備					
(1)	吸引装置 (1.5KW)	2台	4回	5月・11月	8月	2月
(2)	同上用操作盤	1面	4回	5月・11月	8月	2月
(3)	レシーバータンク	1台	4回	5月・11月	8月	2月
(4)	圧力スイッチ等付属品	1式	4回	5月・11月	8月	2月
(5)	自動給水装置	2組	4回	5月・11月	8月	2月
(6)	吸引フィルター	2台	2回		8月	2月
4	警報設備					
(1)	遠隔警報盤	1面	2回		8月	2月
5	端末機器					
(1)	壁付型配管端末器 (O)	100個	4回	5月・11月	8月	2月
(2)	壁付型配管端末器 (VS)	101個	4回	5月・11月	8月	2月
(3)	壁付型配管端末器 (Ex)	3個	4回	5月・11月	8月	2月
(4)	天吊型配管端末器 (O)	13個	4回	5月・11月	8月	2月
(5)	天吊型配管端末器 (V)	13個	4回	5月・11月	8月	2月
6	遮断弁					
(1)	メインシャットオフバルブ	4個	4回	5月・11月	8月	2月
(2)	系統シャットオフバルブ	9個	2回		8月	2月