

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307365	仕様書番号
低周波治療器，携帯型		福病C-衛-T-62
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の低周波治療器について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“低周波治療器、携帯型”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1001	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-62		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
低周波治療器, 携帯型	酒井医療株式会社 ハイボルテージ電気刺激治療器 フィジオアクティブHV PHV-1 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	酒井医療株式会社 PHV-1
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 酒井医療の超音波治療器とコンビネーションが可能であること。
- b) 高電圧電気刺激治療であること。
- c) バッテリー駆動が可能であること。
- d) そのまま独立して使用可能であること。
- e) 2チャンネルが独立して使用可能であること。
- f) コンパクトであること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	411028298225	仕様書番号
薬品保冷庫，両開式，フリーザー付， 300L	福病C-衛-T-63	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の薬用保冷庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は，“薬品保冷庫、両開式、フリーザー付、300L”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1002	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-63		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬品保冷庫, 両開式, フリーザー付, 300L	フクシマガリレイ株式会社 薬用冷凍冷蔵庫 FMS-F305GX 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	フクシマガリレイ株式会社 FMS-F305GX
サーモレコーダ（自動温度記録計）	2	FMSシリーズ オプション
サーモレコーダ取付金具	2	FMSシリーズ オプション
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 扉は、左右開閉式（4枚扉）とする。
- b) 保冷部扉は、ガラス窓を有するものとする。
- c) 温度表示は、デジタル表示とする。
- d) キャスタを有し、移動できるものとする。
- e) 警報機能を有するものとする。
- f) 外寸はW850mm×D650mm×H2000mm以下とする。
- g) 保冷庫部内容量は300L以上、フリーザ部内容量は80L以上とする。
- h) 保冷庫部冷却性能範囲は、2℃～14℃の範囲を含むものとする。
- i) フリーザ部冷却機能範囲は、-20℃～-30℃を含むものとする。
- j) 自動温度記録計を有し、保冷部及びフリーザ部の温度を測定及び記録できるものとする。
- k) 電源はAC100V, 50Hz/60Hzとする。
- l) 錠前を2個以上有するものとする。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	6515-290-1354-5	仕様書番号
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡，ディスプレイ型	福病C-衛-T-64	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品のビデオ硬性挿入用喉頭鏡について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“ビデオ硬性挿管用喉頭鏡，ディスポーザブル型”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1003	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-64		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
ビデオ硬性挿管用喉頭鏡, ディスプレイ型	日本光電工業株式会社 エアウェイスコープ AWS-S200NK 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	日本光電工業株式会社 AWS-S200NK
AWSイントロックNK	1箱	M-I T L-S L
小児用AWSイントロックNK	1箱	M-I T L-P L
小児用AWSイントロックNK	1箱	M-I T L-N L
AWSイントロックNK	1箱	M-I T L-L L
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) イントロックに気管内チューブを取り付けて誘導ができること。
- b) 気管内チューブの先端位置をターゲットマークとして表示できること。
- c) 重量は約190gであること。
- d) 約60分の連続動作が可能であること。
- e) 浸漬洗浄・消毒が可能であること。
- f) 2.4型LCDを搭載していること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307388	仕様書番号
薬用冷蔵庫ショーケース，片開式，鍵付	福病C-衛-T-65	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の薬用冷蔵ショーケースについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は，“薬用冷蔵庫ショーケース、片開式、鍵付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1004	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-65		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬用冷蔵庫ショーケース、片開式、鍵付	大和冷機工業株式会社 薬用冷蔵ショーケース DC-ME15C 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	大和冷機工業株式会社 DC-ME15C
自動温度記録計	1	AKM-0620
麻薬金庫ST型（小）	1	オプション（外形寸法 W255× D150×H215mm）
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 扉は、鍵付きのガラス窓を有するものとし、開閉方法は、片開式とする。
- b) 冷却性能は、2℃～14℃の設定が可能とする。
- c) 温度表示は、デジタル表示とする。
- d) キャスタを有し、移動できるものとする。
- e) 警報機能を有するものとする。
- f) 外寸法は、W500mm×D500mm×H1900mm以下（突起、取っ手などを除く。）とする。
- g) 内容積は、150L以上とする。
- h) 質量は、80kg以下とする。
- i) 自己濃度記録計を有し、庫内の温度を測定及び記録できるものとする。
- j) 麻酔金庫を有するものとする。
- k) 電源は、AC100V、50Hz／60Hzとする。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	411028298225	仕様書番号
薬品保冷庫，両開式，フリーザー付， 300L	福病C-衛-T-66	
	作成	令和7年9月25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の薬用保冷庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は，“薬品保冷庫、両開式、フリーザー付、300L”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1005	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-66		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
薬品保冷庫, 両開式, フリーザー付, 300L	PHC株式会社 薬用保冷庫 MPR-N450FH-PJ 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	PHC株式会社 MPR-N450FH-PJ
自動温度記録計	1	MTR-0621LH-PJ
自動温度記録計	1	MTR-0415LH-PJ
自記計取付金具	2	MPR-S30W-PW
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は, 到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) ノンフロン冷媒の使用であること。
- b) 庫内の温度分布が±3℃以内であること。
- c) 庫内照明にLED使用など省エネであること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307383	仕様書番号
冷凍冷蔵庫，薬品保管用		福病C-衛-T-67
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の冷凍冷蔵庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は，“冷凍冷蔵庫、薬品保管用”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1006	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-67		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
冷凍冷蔵庫, 薬品保管用	大和冷機工業株式会社 インバータ制御 薬用冷凍冷蔵ショーケース 221YS1-EC 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	大和冷機工業株式会社 221YS1-EC
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 幅750×奥行700×高さ1950程度であること。
- b) 低温管理の薬品や充填剤が保管可能であること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307387	仕様書番号
キャビネット，診療材料用，3連	福病C-衛-T-68	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のキャビネットについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“キャビネット、診療材料用、3連”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1007	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-68		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
キャビネット，診療材料用，3連	サカセ化学工業株式会社 器材キ・材料キャビネット HP-S4116B-3特型 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	サカセ化学工業株式会社 HP-S4116B-3特型
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は，到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

- a) 外寸法が，W1365（許容差±100）×D685～732×H2100mmとする。
- b) 引出のサイズは，W600×D400×H100mmを標準（許容差±5mm）とし，30個有するものとする。
- c) 仕切り版によって，引出内を細分化できるものとする。
- d) 収納棚にはレールがあり，引出奥まで引き出しが容易であること。
- e) 扉は収納物が目視できる強化ガラスであること。
- f) 棚板は木製で収納位置を自由に差し替え可能であること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307370	仕様書番号
作業台, 手術準備用		福病C-衛-T-69
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の作業台について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“作業台、手術準備用”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1008	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-69		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
作業台, 手術準備用	サカセ化学工業株式会社 組立室用作業台 BSHC-SS02 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	サカセ化学工業株式会社 BSHC-SS02
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) キャスター付であり、移動が容易であること。
- b) トレー・バスケットがあり、仕切板によって、引出内を細分化できるものとする。
- c) 外形寸法が、W1200（許容差±10）×D936～940×H820（許容差±10）mm以内であること。
- d) 引出は、次の大きさを標準（許容差±5）とし、8種類としてそれぞれ2個ずつとする。
 - ・ 引出1 W311～350×D449.5～470×H58.5～83mm
 - ・ 引出2 W311～350×D449.5～470×H118～130mm
 - ・ 引出3 W311～350×D454～470×H178～195mm
 - ・ 引出4 W311～350×D454～470×H239～250mm
 - ・ 引出5・6 W600～D400×D400×H100～112mm（トレー）
 - ・ 引出7・8 W600×D400×H170（トレー）

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM7 1 1 2 1 2 9 0 7	仕様書番号
鼓膜鏡		福病C-衛-T-70
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の光学視管について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“鼓膜鏡”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1009	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-70		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
鼓膜鏡	オリンパス株式会社 光学視管 0° Φ1.9mmショート（鼓膜用） A7504A 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	オリンパス株式会社 A7504A
滅菌トレイ	1	WA05990A
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 視野方向が0°，視野角70°～80°であること。
- b) 外形が3.0mm以内であること。
- c) 現在所有のカメラヘッドがオリンパス社製品であるため、オリンパス社製品と高い相関性があること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM7 1 1 3 0 7 3 7 2	仕 様 書 番 号
内視鏡保管庫, 4 本用		福病C-衛-T-71
		作 成 令和 7年 9月 25日
		変 更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の内視鏡保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“内視鏡保管庫、4本用”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1010	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-71		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
内視鏡保管庫, 4本用	株式会社ケルン ステンレス内視鏡保管庫 4本掛 W480×D1400× H1900mm KN905-03 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	株式会社ケルン KN905-03
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) ステンレス内視鏡保管庫に除湿器が付属していること。
- b) 庫内下部正面・両側面・床面は清拭防護マットが付属していること。
- c) 電源ケーブル・アース付コンセントで2.5m程度であること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711270869	仕様書番号
硬性鼻咽喉鏡， 4mm， 0°	福病C-衛-T-72	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の硬性鼻咽喉鏡について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は，“硬性鼻咽喉鏡，4mm，0°”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1011	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-72		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
硬性鼻咽喉鏡, 4mm, 0°	オリンパス株式会社 高解像硬性鼻咽頭鏡0° Φ4mm WA4KS400 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	オリンパス株式会社 WA4KS400
滅菌トレイ	1	WA05990A
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) 視野方向0°，視野角93°～95°であること。
- b) 外形が4mmであること。
- c) 有効長176mm以上であること。
- d) 現有器材のオリンパス社製品と高い相関性があること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307373	仕様書番号
眼圧計, 小型		福病C-衛-T-73
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の眼圧計について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“眼圧計，小型”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1012	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-73		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
眼圧計, 小型	アールイーメディカル株式会社 眼圧計, トノペンAVIA AU-230650Q-S 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	アールメディカル株式会社 AU-230650Q-S
ケース, ジェットブロー, オキュフィ ルム付	1	オプション
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は, 到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) キャリブレーションが不要であること。
- b) 測定部は感染症及び微生物汚染の心配がないこと。
- c) バッテリーパックが装備されていること。
- d) LCD画面が配置されていること。
- e) sokuteihanniga
- f) 測定範囲が5～50mmHgであること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307367	仕様書番号
硬性関節鏡		福病C-衛-T-74
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の硬性関節鏡について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“硬性関節鏡”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1013	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-74		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
硬性関節鏡	Arthrex Japan合同会社 アースロスコープ1.9mm30°×58mm AR-3350-1930 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	Arthrex Japan合同会社 AR-3350-1930
ダブルロックシース 1.9mmアースロスコープ用	1	AR-3372-1902
コニカルオブチュレーター 1.9mmシース用	1	AR-3375-1901
Synergyスコープシステム滅菌ケース	1	AR-3102C
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) スコープはΦ1.9mmで30°であること。
- b) カニューレはダブルロックであること。
- c) 滅菌ケースが付属していること。
- d) オートクレーブ滅菌対応であること。
- e) 現有器材のArthrex Japan合同会社製関節鏡モニター本体と互換性があること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307369	仕様書番号
材料搬送カート，引出し2段，シャッター鍵付	福病C-衛-T-75	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品の材料搬送カートについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は，製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は，次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“材料搬送カート，引出し2段，シャッター鍵付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	4SZ01AG1014	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-75		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
材料搬送カート, 引出し2段, シャッター鍵付	サカセ化学工業株式会社 材料搬送カート C64-LAS15202B 又は同等以上のもの(他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は, 製品を選定するときの参考として例示したものであり, 当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	サカセ化学工業株式会社 C64-LAS15202B
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は, 到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は, 次による。

- a) キャスター付であり, 移動が容易であること。
- b) シャッター付で密閉性があり, 防塵・防虫に効果的であること。
- c) シャッターは鍵付きでロックできること。
- d) トレーの落下防止機能を備え, 収納及び取り出しが容易であること。
- e) 仕切版によって, 引出内を細分化できるものとする
- f) 棚板収納部分は, 物品のサイズに合わせて高さ調節ができること。
- g) 外寸のサイズはW1143~1166×D583~600×H1713mm以内であること。
- h) 引出は内寸W940×D457×H304mmが2段であること。
- i) トレーは, W550×D350×H50が1個, W550×D350×H100が2個, W550×D350×H170が2個, W250×D350×H50が1個, W250×D350×H100が2~5個, W250×D350×H170が2個を有していること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307368	仕様書番号
材料搬送カート，シャッター鍵付		福病C-衛-T-76
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の材料搬送カートについて規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“材料搬送カート、シャッター鍵付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	4SZ01AG1015	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月 25日	作成年月日	令和 7年 9月 25日
仕様書番号	福病C-衛-T-76		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
材料搬送カート, シャッター鍵付	サカセ化学工業株式会社 材料化カート (トレー仕様) C64-AS15201B特型 又は同等以上のもの (他社の製品を含む。)
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	サカセ化学工業株式会社 C64-AS15201B特型
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) キャスター付であり、移動が容易であること。
- b) シャッター付で密閉性があり、防塵・防虫に効果的であること。
- c) シャッターは鍵付きでロックできること。
- d) トレーの落下防止機能を備え、収納及び取り出しが容易であること。
- e) 仕切版によって、引出内を細分化できるものとする。
- a) 棚板収納部分は、物品のサイズに合わせて高さ調節ができること。
- f) 外形寸法は、W1143～1166×D570～600×H1661～1702mmとする。
- g) 収納トレーは、次の大きさを標準とし、許容差は±5mmとする。
 - ・トレー1 外寸W300×D350×H170mmで5個以上保有すること。
 - ・トレー2 外寸W550×D350×H170mmで5個以上保有すること。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307371	仕様書番号
保管庫, シャッター鍵付		福病C-衛-T-77
		作成 令和 7年 9月 25日
		変更 令和 年 月 日
		作成部隊等名 福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応
共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

- a) “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律”に基づき医療機器として製造（輸入）承認された製品とする。
- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は、“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は、調達品目表による。

3.3 構成

構成は、調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は、調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は、次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き、納入品の見やすい適当な箇所に、GLT-CG-Z000001の2.3及びNDS Z 8011による1種銘板を表示する。
なお、1種銘板の品名は、“保管庫、シャッター鍵付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は、調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は、製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、次による。

- a) 取扱説明書（日本語版） 1部
- b) 附属品明細表¹⁾ 1部
- c) 納入品カタログ 1部

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達品目表

調達要求番号	5SZ01AG1016	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-77		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
保管庫, シャッター鍵付	株式会社ケルン テイスウツールモジュール シャッタータイプ テイスウ トレーC/P付 KH5502-01S-C/P 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として 例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	1	株式会社ケルン KH5502-01S-C/P
ベースモジュール	1	KH6100
テイスウトレーS用デバイダーショート	4枚	KK602-01 (透明 (C))
テイスウトレーS用デバイダーロング	4枚	KK602-02 (透明 (C))
テイスウトレーM用デバイダーショート	8枚	KK603-01 (透明 (C))
テイスウトレーM用デバイダーロング	8枚	KK603-02 (透明 (C))
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) シャッター付で密閉性があり、防塵・防虫に効果的であること。
- b) シャッターは鍵付きでロックできること。
- c) トレーの落下防止機能を備え、収納及び取り出しが容易であること。
- d) 仕切版によって、引出内を細分化できるものとする。
- e) トレーはKH5502と互換性があること。
- f) 外形寸法は、W700×D558×H1690mmとする。

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	GM711307372	仕様書番号
保管庫，シャッター鍵付	福病C-衛-T-78	
	作成	令和 7年 9月 25日
	変更	令和 年 月 日
	作成部隊等名	福病衛材

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、陸上自衛隊において使用する市販品の保管庫について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、次によるほか、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z000009による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で、カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては、製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 規格

NDS Z 8011 角形銘板

b) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z000009 陸上自衛隊IT利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共通仕様書

c) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律（昭和35年法律第145号）

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則（昭和36年厚生省令第1号）

2 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

3 製品に関する要求

3.1 製造承認等

製造承認等は、次による。

調達要求番号：5SZ01AG10※

して製造（輸入）承認された製品とする。

- b) 医療機器として製造（輸入）承認を受ける必要がない製品の場合は，“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則”に基づき医療機器製造（輸入）品目として許可を受けているもの又は医療機器製造（輸入）製品届書を提出しているものとする。

3.2 品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，調達品目表による。

3.3 構成

構成は，調達品目表による。

3.4 性能等

性能等は，調達品目表による。

3.5 製品の表示

製品の表示は，次による。

- a) 調達要領指定書によって指定する場合を除き，納入品の見やすい適当な箇所に，**GLT-CG-Z000001**の2.3及び**NDS Z 8011**による1種銘板を表示する。
なお，1種銘板の品名は，“保管庫，シャッター鍵付”とする。
- b) 1種銘板の取得番号は，調達要領指定書によって指定する。

4 品質保証

監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 出荷条件

5.1 包装

包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

5.2 包装の表示

包装の表示は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6 その他の指示

6.1 附属品・予備品

附属品及び予備品は，製造者が規定する仕様及び社内規格による標準附属品・標準予備品一式とする。

6.2 納入書類

6.2.1 添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

- | | |
|-------------------------|----|
| a) 取扱説明書（日本語版） | 1部 |
| b) 附属品明細表 ¹⁾ | 1部 |
| c) 納入品カタログ | 1部 |

注¹⁾ 様式適宜とする。

6.2.2 提出書類

提出書類は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、表1による。ただし、過去に納入実績があり、前回納入時と変更がない場合は、省略してよい。

表1－提出書類

名称	時期	数量	提出先
取扱説明書（日本語版）	納入時	1部	自衛隊福岡病院衛生資材部
附属品明細表 ^{a)}			
納入品カタログ			
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

6.3 据付・調整

据付け及び調整は、調達要領指定書によって指定する場合を除き、搬入後、速やかに組立て、据付け及び調整を行う。

6.4 IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応

IT利用装備品等サプライチェーン・リスクへの対応は、GLT-CG-Z000009の2.1.1による。

6.5 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は、GLT-CG-Z000001の8.3による。

調達要求番号：5SZ01AG10※

調達要求番号	5SZ01AG1017	作成部隊等名	福病衛材
調達要求年月日	令和 7年 9月25日	作成年月日	令和 7年 9月25日
仕様書番号	福病C-衛-T-78		

1 調達品目

品名	カタログ製品名 ^{a)}
保管庫, シャッター鍵付	株式会社ケルン テイスウトールモジュール シャッタータイプ KH5502 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）
注 ^{a)} この調達品目表に記載したカタログ製品名は、製品を選定するときの参考として例示したものであり、当該製品を指定するものではない。	

2 構成

名称	数量 ^{a)}	規格など
本体	2台	株式会社ケルン KH5502
ベースモジュール	2台	KH6100
テイスウトレーS透明ORピンク	6枚	KK602-C/P
テイスウトレーS用デバイダーショート	24枚	KK602-01
テイスウトレーS用デバイダーロング	24枚	KK602-02
ステンレスパネルフラット仕様	10枚	KK610F
注 ^{a)} 既定の数量を変更する場合は、到達要領指定書によって指定する。		

3 性能等

同等と判断する要求基準は、次による。

- a) シャッター付で密閉性があり、防塵・防虫に効果的であること。
- b) シャッターは鍵付きでロックできること。
- c) トレーの落下防止機能を備え、収納及び取り出しが容易であること。
- d) 仕切版によって、引出内を細分化できるものとする。
- e) トレーはKH5502-01S-C/Pと互換性があること。
- f) 外形寸法は、W700×D558×H1690mmとする。