

自衛隊福岡病院仕様書		
物品番号	仕様書番号	
自動分析装置，生化学・免疫化学用保守点検	福病C-衛-T-28	
	作成	7.2.6
	変更	
	作成部課等名	福岡病衛材

1 総則

この仕様書の適用範囲は、自衛隊福岡病院において使用する下記の保守点検について規定する。

2 保守に関する要求

2.1 対象器材

「自動分析装置，生化学・免疫化学用」（キャノンメディカルシステムズ，アボットジャパン製）の保守点検対象器材構成目及び定期点検の回数・周期は表1「保守点検対象器材構成目表」のとおりとする。

表1 保守点検対象器材構成目表

装置名	型式名	数量	定期点検回数	周期
自動分析装置，生化学用	TBA-NX360/JA キャノンメディカルシステムズ	1	2回/年	4月・10月
自動分析装置，免疫化学用	Alinity i アボットジャパン	1	1回/年	8月
検査システム（ソフトウェア）	AlinIQ AMS アボットジャパン	1		

2.2 対象期間

保守点検対象期間は、令和7年4月1日より令和8年3月31日までとする。

2.3 保守整備箇所

- (1) 自動分析装置，生化学・免疫化学用の保守点検は、表1に示すものとし、点検項目は業者指定の点検表により点検及び定期部品交換を行う。点検結果は作業報告書1部を提出すること。
- (2) 定期交換部品は、別紙第1に示すとおりとし、該当しない部品を交換する場合には係官の指示を受けるものとする。交換部品は、すべて業者回収とする。
- (3) 保守点検及び緊急修理に関わる役務及び部品供給（消耗品は除く）。

2.4 緊急保守

故障障害発生等の通報を受けた場合、遅延無く業務に支障が無いよう正常な状態に復旧の処置を行うものとする。

2.5 負担区分

- (1) 定期保守点検に伴う部品は請負業者負担とする。
- (2) 緊急保守等のトラブル発生時に関わる部品（消耗品は除く）及び役務に関わる費用はすべて請負業者負担とする。

3 品質保証（監督・検査）

- 3.1 監督官立会により定期保守点検及び緊急保守の作業状況を確認する。
- 3.2 定期保守点検及び緊急保守終了後、検査官が使用責任者立会のもと試験を実施し機能を確認後「検査調書」をもって検査合格とする。

4 その他

この仕様書において疑義が生じた場合は速やかに当院担当者と協議するものとする。

## 定期交換部品 (自動分析装置, 生化学用)

品名	規格	数量	単位
S. PROBE-ASSY	PM10-82392 2	2	個
HOSE-ASSY	PM10-62419 1	1	//
HOSE-ASSY	PM10-80604*A 1	2	//
サンプルシリンジシール	YZE5279-01	6	//
サンプルシリンジチップ	YZE5281-01	6	//
試薬シリンジシール	YZE5283-01	4	//
試薬シリンジチップ	YZE5285-01	4	//
サンプルシリンジ用Oリング	YZG895-04	6	//
試薬シリンジ用Oリング	YZG984-01	4	//
シリンジ用パッキン (2年毎交換)	YZG5299-01*A	20	//
COOLANT 2L	BSM10-7723*A	2	//
COOLANT 0.5L	BSM10-7739*A	1	//
NOZZLE-DRY	4M09-05075*B	2	//
HOSE-ASSY	PM10-81822*B 1	1	//
TUBE-ASSY	PM10-53453*B 1	1	//
1CCシリンジ	YZD5490-02*A	14	//
真空ポンプバルブ (2P)	BSM10-5140	4	//
真空ポンプダイヤフラム	BSM10-5141	4	//
FILTER	BSM10-7300	1	//
反応管ワイパー	YZG5231-01	2	//
TUBE	BSM10-7070*A	1	//
TUBE-ASSY	PM10-81130*A 1	1	//
CHECK VALVE	BSM10-4335*A	6	//
TUBE-ASSY	PM10-56250*A 4	1	//
BATTERY (3年毎交換)	AXB003*3V220	1	//
BATTERY SCC (3年毎交換)	BSM10-7966	1	//
BATTERY QNX (3年毎交換)	BSM10-7967	1	//
LAMP	BM10-6125*F 1	2	//
CHECK VALVE	BSM10-3593*A	3	//
真空ポンプガスケット (2P)	BSM10-5142*A	4	//

## 定期交換部品 (自動分析装置, 免疫化学用)

品 名	規 格	数 量	単 位
Head, Waste Pump (RoHS)	7-200378-01	2	個
VACUUM PUMP REPAIR KIT	A-30111940-03	1	〃
VALVE, MANIFOLD, DISPENSE 2 WAY	A-35002114-02	2	〃
Manifold Valve (Bypass)	A-30104239-01	1	〃
RV Pick Spring w/Stop	A-30105260-02	1	〃
Fitting, Trigger Pre Trigger	7-77664-02	1	〃
PM Sensor, Tested, Short Cable	A-204217-01	1	〃
Belt, Conveyor for RV Loader Upper Hopper	A-30118335-01	1	〃
Syringe Assy (RoHS)	7-77650-07	1	〃
A l i n i t y ケアキット 3 6 5		1	〃