

調達要求番号：5SZW1C20001

陸上自衛隊仕様書	
物品番号	仕様書番号
在宅持続陽圧呼吸療法 役務	熊本病-T100103B
	作成 令和 3年 2月 5日
	変更
	作成部隊等名 自衛隊熊本病院衛生資材部

## 1 総則

### 1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院が実施する「在宅持続陽圧呼吸療法」に使用する在宅持続陽圧呼吸療法装置の借用及びそれに付随するデータ解析等の役務について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

#### a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

## 2 役務に関する要求

### 2.1 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、借用器材製造者が規定する仕様書及び取扱業者の社内規格並びに商慣習による。

### 2.2 借用器材に要求する性能等

- a) 本体、チューブ、マスク等で構成され、鼻に装着したマスクから空気を送り込むことによって、ある一定の圧力を気道にかけるCPAP療法ができること。
- b) 使用状況が、記録媒体等で記録可能であり、再生データを日本語表記・表示できること。
- c) 加温加湿器機能があること。

### 2.3 借用器材の種類

種類は、表1による。

表1-種類

製造業者	機種名
レスメド株式会社	スリープメイト10
	スリープメイト11
	AirMini
フィリップス・レスピロニクス合同会社	ドリームステーションオート

上記を提供できること。または、上記機種同等以上を提供できること。(同等以上の場合は、事前に機種説明確認を官側担当官に提出するものとする。)

### 3 役務の内容

- 3.1 官側担当官の発注に基づき、借用器材を自衛隊熊本病院内の指定場所に搬入・設置し試運転を実施し、納品時の点検を受ける。また、連絡により回収する。
- 3.2 借用器材の設置にあたっては、使用者に対し使用方法、緊急時及び故障時の対処方法、連絡方法について説明等を実施する。
- 3.3 使用時の不明な点・故障時の相談等、緊急時の対応にあたっては、専用電話にて24時間対応が可能であること。
- 3.4 1カ月ごとに呼吸状態の解析結果を当院外来へ提出すること。
- 3.5 役務の完了は、各月の最終日に借用器材の設置状況等を確認し、役務完了届を提出すること。

### 4 保守

- 4.1 借用中の装置に関して、消耗品の交換等を含む保守点検業務等を官側担当官と調整し原則的に年1回実施するものとする。
- 4.2 点検終了の際、保守点検作業報告書（様式随意）を官側担当官に提出するものとする。

### 5 その他

- 5.1 契約の相手方は、この仕様書及び調達品目表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。
- 5.2 契約相手方は、請負業務遂行に際して知り得た個人情報等を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならない。個人情報の秘密保持義務を遵守し必要な措置を講じなければならないものとする。
- 5.3 契約相手方が、上記に違反することによって、官側が損害を受けた場合、契約相手方がその損害を補償しなければならないものとする。

調達要求番号：5SZW1C20001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
睡眠評価装置 賃貸借	熊本病-T100096	
	作 成	令和4年10月16日
	変 更	
	作成部隊等名	自衛隊熊本病院衛生資材部

## 1 総則

### 1.1 適応範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院において実施する睡眠評価装置賃貸借（評価解析含む）について規定する。

### 1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001及びGLT-CG-Z500002による。

### 1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部を成すものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

## 2 賃貸借に関する要求

### 2.1 一般的事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内企画並びに商習慣による。

### 2.2 品名及び種類

スリーププロファイラー PSG2又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）

### 2.3 借用・返納日時及び場所

官側担当官の発注に基づき、装置を自衛隊熊本病院内の指定場所に搬入し納品時の点検を受ける。また、官側連絡によりすみやかに回収する。

### 2.4 評価解析書

評価解析書（様式随意）は、器材回収後すみやかに、契約担当官等へ提出するものとする。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 その他

4.1 契約の相手方は、この仕様書及び調達品目表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。

- 4.2 契約相手方は、請負業務遂行に際して知り得た個人情報等を第三者に漏らし、複製し、目的外に利用し、又は持ち出してはならない。個人情報の秘密保持義務を遵守し必要な措置を講じなければならないものとする。
- 4.3 契約相手方が、上記に違反することによって、官側が損害を受けた場合、契約相手方がその損害を補償しなければならないものとする。

調達要求番号：5SZW1C20001

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号		仕 様 書 番 号
簡易無呼吸検査業務委託	熊本病-T1000164	
	作 成	令和4年10月19日
	変 更	
	作成部隊等名	自衛隊熊本病院衛生資材部

## 1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院における簡易無呼吸検査業務委託について規定する。

## 2 検査に関する要求

### 2.1 検査方法

検査方法は、次による。

- 睡眠時における血中の酸素飽和度及び呼吸センサによる呼吸状態の測定を行う。
- 検査に伴う器材等は有償（解析を含む。）とし、契約の相手方が直接患者に貸与及び回収を行う。
- 解析場所については、契約の相手方の施設とする。

### 2.2 結果報告

SpO<sub>2</sub>、ODI3、AHI及び心拍数の平均値のレポート（2部）を検査終了後速やかに自衛隊熊本病院に提出する。

## 3 品質保証

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

## 4 その他の指示

### 4.1 秘密保全・個人情報保護

- 契約の相手方は、この契約の履行に当たり直接又は間接にかかわらず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、別途利用その他への公表などは、官側の承認なく行ってはならない。また、この契約終了後も、同様とする。
- 契約の相手方は、官側の施設内において無許可の撮影をしてはならない。
- 契約の相手方は、個人情報保護法で対象とされる患者、患者家族、見舞客等の知り得た情報を第三者に開示及び漏洩をしてはならない。

### 4.2 輸送

- 器材等の貸与、回収及び検査報告にかかる輸送費用は、契約の相手方の負担とする。
- 輸送中における器材の故障等にかかる経費負担は、契約の相手方の負担とする。

### 4.3 仕様書に関する疑義

仕様書の内容に疑義を生じた場合は、契約担当官等に申し出てその指示を受ける。