

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書		
物品番号	GM711187441	仕 様 書 番 号
臨床検査システム 修理	熊本病一T100358B	
	作 成	令和7年 6月 2日
	変 更	令和7年 8月 18日
	作成部隊等名	自衛隊熊本病院衛生資材課

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊熊本病院において使用する統合臨床検査管理システムの修理について規定する。

1.2 用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001、GLT-CG-Z500002による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

GLT-CG-Z500002 陸上自衛隊一般外注整備共通仕様書

2 修理対象器材

修理対象器材は、表1による。

表1－対象器材

品 名	製品名	数量
検査システム タワー型サーバ	Lenovo	1

3 修理に関する要求

3.1 一般的要求事項

この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様書及び社内企画並びに商習慣による。

3.2 修理実施場所

自衛隊熊本病院研究検査課

3.3 故障内容

統合臨床検査管理システムからの異音発生

3.4 修理内容

統合臨床検査管理システム サーバ更新作業

3.5 作業完了確認

データ移行完了を担当者立会のもとで確認

3.6 総合機能点検

修理終了後、総合機能点検を実施し、異常の有無の確認。

4 品質保証

4.1 保証期間

検査合格後、6ヶ月とする。

4.2 監督・検査

監督及び検査は、契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。

5 その他の指示

5.1 提出書類

提出書類は、表2による。

表2-提出書類

名称	時期	数量	提出先
作業完了報告書	修理終了後速やかに	1部	自衛隊熊本病院衛生資材課
注 ^{a)} 様式適宜とする。			

5.2 情報の保全

契約の相手方は、本契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期するとともに、それらの部外への利用、公表などを許可なく行ってはならない。

5.3 仕様書に関する疑義

契約相手方は、この仕様書及び調達品目表に疑義を生じた場合は、契約担当官等の指示を受けるものとする。