

DO計修理

件名	DO計修理						
図面名称	表紙						
縮尺	—	図面番号	1 / 2	作成年月日	令和4年 11 月 2 日		
業務隊長	管理科長	営繕班長	管理班長	施設管理	企画	管財	作成者
				入校			防衛技官 河野 亮平
陸上自衛隊 湯布院駐屯地業務隊 管理科							

仕 様 書

- 1 件 名 : D O 計 修 理
- 2 場 所 : 大 分 県 玖 珠 郡 玖 珠 町 日 出 生 日 出 生 台 演 習 場
- 3 適 用 範 囲 : 本 仕 様 書 は、日 出 生 台 演 習 場 で 実 施 す る 「 D O 計 修 理 」 に つ い て 適 用 す る。
- 4 概 要 : D O 計 修 理 1 台

(1) D O 計

(笠原理化工業株式会社 D O - 1 0 Z S / # 665528N)

ア	ブローブ本体取替	1 式
イ	コネクタープラグ取替	1 式
ウ	ケーブル取替	1 式
エ	2 P ソケット取替	1 式
オ	スーパーシール交換	1 式
カ	動作確認	1 式

5 一般事項 :

- (1) 本作業は、仕様書の他、関係諸法規を遵守し、実施するものとする。
- (2) 写真は、作業前・作業後・主要な作業段階毎及び係官の指示する箇所を撮影（デジタルカメラ可）し、工専用写真帳に整理後、1部提出する。尚、写真データについては、消失及び情報流出させないよう厳重に管理する。
- (3) 作業中、他の箇所に汚損又は破損等を及ぼした場合は、速やかに係官に報告することとし、請負者の責任において速やかに現状復旧するものとする。
- (4) 作業中の安全管理には十分留意し、事故等が発生しないよう万全を期す。
- (5) 本仕様書及び作業に際し疑義を生じた場合は、係官と協議した後、実施する。
- (6) 作業が終了した際は、動作確認を実施すること。

6 特記事項 :

- (1) 作業実施日は、事前に係官と打ち合わせするものとする。
- (2) 先端金属カバーについては、既設品を再使用するものとする。

件 名	D O 計 修 理				
図面名称	仕 様 書				
縮 尺	—	図面番号	2 / 2	作成年月日	令和 4 年 11 月 2 日
陸 上 自 衛 隊 湯 布 院 駐 屯 地 業 務 隊 管 理 科					