

入 札 公 告

契約担当官
大村航空基地隊大村経理隊長
松 竹 崇 成

下記のとおり一般競争入札を行います。

記

1 競争入札に付する事項

調 達 要 求 番 号	件 名	数 量 単 位	履 行 期 限	履 行 場 所
03-1-3150-0570-0001-00	薬用冷蔵庫	1 S E	令和 4 年 2 月 2 8 日	大村航空衛生隊

2 入札参加資格

- (1) 予算決算及び会計令第 7 0 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であつて契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
- (2) 予算決算及び会計令第 7 1 条の規定に該当しない者であること。
- (3) 平成 3 1 ・ 3 2 ・ 3 3 年度又は令和 0 1 ・ 0 2 ・ 0 3 年度競争参加資格（全省庁統一資格）に登録し、資格の種類が「**物品の販売**」で等級の **D 級以上**の資格を有するもの。
- (4) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官（以下「省指名停止権者」という。）又は海上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (5) 前号により、現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であつて、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。
- (6) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りではない。

3 申込方法

上記機関の資格審査結果通知書の写しに件名と連絡先を記入し、海上自衛隊大村航空基地隊経理隊に送付する。（F A X 可）

4 入札日時及び場所

令和 3 年 1 2 月 2 1 日（火） 1 3 : 3 0 （ただし、郵便による入札の受領期限は、前日 1 6 時 3 0 分まで。）

海上自衛隊大村航空基地隊 経理隊入札室

5 入札保証金及び契約保証金

- (1) 免除
- (2) 落札者が契約を結ばないときは、落札金額の 5 / 1 0 0 に相当する金額を違約金として徴収する。

6 入札の無効

- (1) 入札開始時刻に遅延した者
- (2) 入札金額、入札者氏名等が不明し難いもの。
- (3) 電信電話による入札
- (4) その他入札に関する条件に違反した入札

7 適用する契約条項及び特約条項

売買契約一般条項

8 契約書の作成

契約書の作成を要する。ただし、契約金額が 1 5 0 万円を超えず、特約条項を付さない場合は、請書の作成をもって代えることができる。

9 その他

- (1) 落札決定に当たっては入札書に記載された金額（総価）に当該金額の 1 0 %（軽減税率対象品目については 8 %）に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。）をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 1 1 0 分の 1 0 0（軽減税率対象品目については 1 0 8 分の 1 0 0）に相当する金額を入札書に記載する。
- (2) 入札者が代理人である場合は、委任状等代理権のあることを証明できる書面を提出する。
- (3) 応札の際は、入札及び契約心得を熟知のうえ参加すること。
- (4) この入札に関する公告は、海上自衛隊ホームページ上で閲覧することができる。
- (5) 物品購入等において仕様書等で同等品が認められ、かつ、同等品をもって入札をする場合は、入札に先立ち、別に定める様式の同等品承認申請書により承認を得ること。
（ホームページアドレス <http://www.mod.go.jp/msdf/formal/supply/index.html>）

10 問い合わせ先

長崎県大村市今津町 1 0 番地 海上自衛隊大村航空基地隊 経理隊契約班

TEL 0 9 5 7 - 5 2 - 3 1 3 1（内線 6 8 4 ~ 6 8 5） FAX 0 9 5 7 - 5 2 - 2 0 1 7

内 訳 書

03-1-3150-0570-0001-00

番号	物品 番号	性質 区分	品 名	規 格	単位	数量	単価	金 額	記 事
1	QL	B	薬用冷蔵庫		SE	1			
	(内訳)		低温インキュベーター	規格：W700×D502×H1107mm程度 重量約70kg程度 有効内容量：130L程度 可能温度設定-15～+50℃程度 デジタル表示 施錠装置・自動警報付き 庫内温度測定孔付き 参考銘柄：福島工業 FMU-133I 又は同等品以上（他社の製品を含む）	(EA)	(1)			
			温湿度データロガー 親機	規格：親機 本体液晶画面 内蔵プザー付 H125×W58×D26.3mm程度 アンテナ長57mm程度 重量約95g程度 子機対応機種：503B Lタイプ データ容量：7～10台分程度 参考銘柄：アイアンドデータ RTR-500DC 又は同等品以上（他社の製品を含む）	(EA)	(1)			
			温湿度データロガー 子機	規格：子機 ロングバツテリタイプ H62×W47×D46.5mm程度 アンテナ長24mm程度 データ記録容量：8,000個×2ch 精度：±5%RH at25℃, 50%RH 程度 参考銘柄：アイアンドデータ RTR-503B L 又は同等品以上（他社の製品を含む）	(EA)	(1)			
			同等品による応札の場合は、サブプライチエーン・リスクが存在しないと考えられる製品とする。応札日の12勤務日（勤務日：土日及び祝日を除く日）前までに官側（大村航空衛生隊）へ同等品承認申請書（別紙）に当該品の規格仕様が明記されているカタログ等を添付したものを提出し、契約担当官の承認を得ること。サブプライチエーン・リスクが懸念されると官側が判断した同等品申請は認めない。						
					小計				
					消費税				
					合計				