

内 訳 書

調達要求番号

07-1-3153-3720-0002-00

納入(引渡)場所

横須賀造修補給所(衛生庫)

項番	物品番号	品名	単位	数量	規 格	金額	記 事
1	QL 6515-919-52272	頸椎カラー, フリーサイズ	EA	10	レールダルメディカルジャパン スティフネック セレクト 98001005 肩から顎までの長さを調整でき, 気道確保処置が可能なもの		
2	QL6550-108-11019	酸素ボンベ運搬用バッグ	EA	5	アズワン 携帯酸素ボンベバッグ59111 <small>バッグ・シリンダー・手操作の3wayであること, ネットは内部に窓があり機械の操作が可能であること, 内部にボンベ固定のベルトがあること,</small>		
3	QL6515-100-53915	聴診器	EA	10	ソルベンタム リットマン ステツスコープブラック 2160 同一面で低・高周波音を聴診できること。雑音を遮断する機能を有すること。		
4	QL 6550-108-10939	心電図電極用ディスポパッド, 胸部用	PG	48	アズワン 8-9434-01 ケレトS 胸部用 24袋入 1PG=1袋 測定の際にクリームの代替となるソフトタイプのもの		
5	QL 6550-108-10949	心電図電極用ディスポパッド, 四肢用	PG	50	アズワン 8-9434-02 ケレトS 四肢用 25袋入 1PG=1袋 測定の際にクリームの代替となるソフトタイプのもの		
6	QL 6510-919-53942	ハイドロコロイドパッド	BX	40	コロプラスト コムフイーム プラス 33110 1BX=10枚 又は コンパテック アクアセルAgアドバンテージ 03453 1BX=10枚		
7	QL N/S	ヘッドイモビライザー	EA	3	ファerno・ジャパン・インク モデル445ヘッドイモビライザー 021414004		
		以下余白			又は同等以上のもの(他社製品を含む。)(項番7を除く。) 同等以上にて応札予定の場合は, 入札(見積合せ)日の7勤務日前までを		
					原則とし, その基本性能を証明する書面又はカタログ及び機能・性能比較表を官側に提出し, 規格の適合性について審査を受けること。		
					記載したカタログ製品名は, 製品を選定する際の参考として例示したものであり当該製品を指定するものではない。		
					契約物品を持ち込む際に, 外装に契約番号を表示すること。		

(注) 1. 物品番号のついているものは納品書に必ず記入すること