

仕 様 書

		調達要求番号	教修 1
品 名	数量	備 考	
電子顕微鏡修理	1 式		

1 適用範囲

本仕様書は、防衛大学校全学共同利用器材微小領域結晶方位解析システム室で保有する電子顕微鏡の修理について適用する。

2 修理に関する要求

(1) 修理対象器材

本修理の対象器材は表による。

品 名	数量	型 式
電子顕微鏡	1 台	日立ハイテクノロジーズ SU6600 形電界放出形走査型電子顕微鏡

(2) 作業内容

器材の経年劣化によって本体の PC と装置の接続に不具合が発生しているため不良部品を交換し、器材の総合的な動作確認及び調整を行う。

(3) 交換部品

品 名	数量	メーカー・型番
制御用 PC	1 台	HP Elite Tower 800 G9 (相当品)

別途、交換部品が発生した場合は速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(4) 消耗品等

修理に必要な消耗品等は、契約相手方が準備するものとする。

3 官給品等

光熱水料等については官側支給とする。

4 作業場所

防衛大学校 実験棟 C 棟 3 階 3 0 1 号室 (別図 1 及び別図 2 のとおり)

5 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

6 その他

(1) 作業に必要な器材等は契約相手方が準備するものとする。

(2) 契約相手方は、作業終了後速やかに作業報告書(様式任意) 2 部を提出するものとする。

(3) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

(4) 本仕様書について疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。



