

総務部長 決 裁		物 品 修 理 要 求 書										調達要求 番 号		教修 5		科	項	防衛力基盤強化推進費	
																目	教育訓練費		
																目	備品修理費(教訓・雑役務費)		
要 求 欄										年 月 日				調 達 欄					
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元					室 長		補 佐		係 長		係		
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		分任物品 管 理 官	課長等	補 佐	供用官	係									
分 類 番 号		品 名			規 格		単位	数 量	単 価	金 額	契 約 方 式	一 般 指 名 随 意	根 拠 法 令	会計法第29の3第 項 予決令第 条 第 項 第 号					
中	小	細	品																
				高周波特性測定装置修理		仕様書のとおり													
明 細 説 明	高周波特性測定装置(32-06-09-068~1) 調達要求番号:29-356A-A-0035 納入年月日:H30.2.8 納入業者:穂高電子(株) 納入金額:25,056,000円										選 定 業 者	契 約 条 件							
分 類		防衛用品(防)			総 額		納期	年 月 日		予 定 価 格		総 額		算 出 の 基 礎					
物品整理区分		消耗品					納入 場所	防衛大学校		調達説明 日 時		令和 年 月 日 時 分							
備 考	執行計画P.140-通信2										入札日時	令和 年 月 日 時 分							
	課室名	通信工学科			要求者氏名	中村 僚兵		電話番号	3367										

仕 様 書

		調達要求番号	教修 5
品 名	数 量	備 考	
高周波特性測定装置修理	1 式	キーサイトテクノロジー M9010 外	

1 総 則

本仕様書は、防衛大学校電気情報学群通信工学科で保有する高周波特性測定装置の修理について適用する。

2 修理に関する要求

(1) 修理対象器材

本修理の対象器材及び設置場所は表による。

表

品 名	数 量	型 式	設置場所
高周波特性測定装置	1	キーサイトテクノロジー M9010 外	教育研究 B 館 569 号室

(2) 修理内容

本装置の経年劣化により、正常に作動しないため、部品の洗浄及び交換を実施したのち、器材の総合的な動作確認及び校正を実施する。

(3) 洗浄部品

コネクタ M9375A ×3 式

コネクタ M9372A ×3 式

端 子 N5172B ×1 式

(4) 交換部品

液晶 DS0S054A ×1 式

別途、交換部品が発生した場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(5) 消耗品等

作業に必要な消耗品等は契約相手方が準備するものとする。

(6) 修理場所

契約相手方工場

なお、対象器材の引き渡しについては契約相手方が実施し、費用は契約相手方が負担するものとする。

3 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

4 その他

(1) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

(2) 契約相手方は本役務対象物品を契約相手方の施設において、善管注意義務をもって管理するものとし、損傷等の防止に万全を期すものとする。

(3) 契約相手方は本役務対象物品の受領及び返納に際し、官側と適宜調整を行うこと。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。