

総務部長 決 裁		物 品 修 理 要 求 書										調達要求 番 号		教修 20		科	項	防衛力基盤強化推進費						
																目	教育訓練費							
																日	細分	備品修理費(教訓・雑役務費)						
要 求 欄										年 月 日				調 達 欄										
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元					室 長		補 佐		係 長		係							
課 長	室 長	補 佐	係 長	係		分任物品 管 理 官	課長等	補 佐	供用官	係														
分 類 番 号				品 名		規 格		単位	数 量	単 価	金 額	契 約 方 式	一 般 指 随 意	根 拠 法 令	会計法第29の3第 項 予決令第 条 第 項 第 号									
中	小	細	品																					
				走査顕微鏡修理		仕様書のとおり													選 定 業 者			契 約 条 件		
明 細 説 明												予 定 価 格	総 額		算 出 の 基 礎									
													円											
分 類		防衛用品(防)			総 額			納期	年 月 日		調達説明 日 時		令和 年 月 日 時 分											
物品整理区分		消耗品						納入 場所	防衛大学校															
備 考												入札日時		令和 年 月 日 時 分										
課室名		表面原子分子計測室			要求者氏名		北嶋 武		電話番号		3336													

仕 様 書

		調達要求番号	教修 20
品 名	数量	備 考	
走査顕微鏡修理	1 式		

1 適用範囲

本仕様書は、防衛大学校全学共同利用器材表面原子分子計測室で保有する走査顕微鏡の修理について適用する。

2 修理に関する要求

(1) 修理対象器材

本修理の対象器材は表による。

表

品 名	数量	型 式
走査顕微鏡	1 台	アルバック・ファイ VT-SPM-BDN

(2) 作業内容

器材の経年劣化によって真空ゲージコントローラーとターボ分子ポンプに不具合が発生しているため不良部品を交換し、器材の総合的な動作確認及び調整を行う。

(3) 交換部品

品 名	数量	メーカー・型番
真空ゲージコントローラー	1 台	Thyracont PVC uni
ターボ分子ポンプ	1 台	Pfeiffer HiPace80Neo

別途、交換部品が発生した場合は速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(4) 消耗品等

修理に必要な消耗品等は、契約相手方が準備するものとする。

3 官給品等

光熱水料等については官側支給とする。

4 作業場所

防衛大学校 教育研究 B 館 1 階 146 号室（別図 1 及び別図 2 のとおり）

5 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

6 その他

(1) 作業に必要な器材等は契約相手方が準備するものとする。

(2) 契約相手方は、作業終了後速やかに作業報告書(様式任意) 2 部を提出するものとする。

(3) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

(4) 本仕様書について疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。

別図 1



