

総務部長 決 裁		物 品 修 理 要 求 書										調達要求 番 号		教修 18		科 項 目 目 目 目		防衛力基盤強化推進費 教育訓練費 備品修理費(教訓・雑役務費)	
要 求 欄										年 月 日		調 達 欄							
会 計 課					関係課 (室)	要 求 元					室 長		補 佐		係 長		係		
課 長		室 長		補 佐		係 長		係		分任物品 管 理 官		課長等		補 佐		供用官		係	
分 類 番 号		品 名			規 格		単位	数 量	単 価	金 額	契約 方式	一 般 指 名 随 意	根 拠 法 令	会計法第29の3第 項 予決令第 条第 項第 号					
中	小	細	品																
33	01	02	004	真空蒸着装置修理			仕様書のとおり						選 定 業 者	契 約 条 件					
明 細 説 明		真空蒸着装置(33-01-02-004~24) 調達要求番号:電特防5 納入年月日:S63.12.20 納入業者:小林理化器械㈱ 納入金額:5,500,000										予 定 価 格	総 額		算 出 の 基 礎				
分 類		防衛用品(防)			総 額		納期	年 月 日				円							
物品整理区分		消耗品					納入 場所	防衛大学校		調達説明 日 時		令和 年 月 日 時 分							
備考												入札日時		令和 年 月 日 時 分					
		課室名 電気電子工学科			要求者氏名 立木 隆		電話番号	3352											

仕 様 書

		調達要求番号	教修 18
品 名	数 量	備 考	
真空蒸着装置修理	一式	日電アネルバ(株) 日電アネルバ V143N(C) 及び電子銃	

1 総 則

本仕様書は、防衛大学校電気情報学群電気電子工学科で保有する真空蒸着装置の修理について適用する。

2 修理に関する要求

(1) 修理対象器材

本修理の対象器材及び設置場所は表による。

表

品 名	数 量	型 式	設置場所
真空蒸着装置	1	日電アネルバ(株) 日電アネルバ V143N(C) 及び電子銃	教育研究 B 館 446 号室

(2) 修理内容

本物品で制御電源が焼損し、正常に使用できなくなったため制御電源の交換修理を実施したのち、器材の総合的な動作確認を実施する。

(3) 交換部品

制御電源 EBP-300

リモコン、HV ケーブル、アースケーブル付

別途、交換部品が発生した場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(4) 消耗品等

作業に必要な消耗品等は契約相手方が準備するものとする。

(5) 修理実施場所

防衛大学校教育研究 B 館 446 号室

3 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

4 その他

(1) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

(2) 契約相手方は本役務を実施するにあたり、善管注意義務をもって作業を実施するものとし、修理実施場所における他の器材や施設の損傷等の防止に万全を期すものとする。

(3) 契約相手方は本役務実施に際し、作業日等を前もって官側とよく調整を行うこと。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。