

# 仕 様 書

		調達要求番号	教修 10
品 名	数 量	備 考	
定量装置修理	1 式	リカク ZSX Primus IV-ASC12/TH	

## 1 総 則

本仕様書は、防衛大学校電気情報学群通信工学科で保有する定量装置の修理について適用する。

## 2 修理に関する要求

### (1) 修理対象器材

本修理の対象器材及び設置場所等は表による。

#### 表

品 名	数 量	型 式	設置場所
定量装置	1	リカク ZSX Primus IV-ASC12/TH	教育研究 B 館 147 号室

### (2) 修理内容

本装置は使用頻度が高く、長時間の X 線の使用により管球が経年劣化を起し、分析精度が低下しているため、不具合部品の交換後、器材の総合的な動作確認及び調整を行う。

### (3) 交換部品

X 線管球 AFX90L/Rh×1

別途、交換部品が発生した場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

### (4) 消耗品等

作業に必要な消耗品等は契約相手方が準備するものとする。

### (5) 修理実施場所

防衛大学校教育研究 B 館 147 号室

### (6) 履行期限

令和 8 年 10 月 28 日

## 3 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

## 4 その他

(1) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。

(2) 契約相手方は本役務を実施するにあたり、善管注意義務をもって作業を実施するものとし、修理実施場所における他の器材や施設の損傷等の防止に万全を期すものとする。

(3) 契約相手方は本役務実施に際し、作業日等を前もって官側とよく調整を行うこと。

(4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。