

仕 様 書

		調達要求番号	教演雑 53
品 名	数 量	備 考	
真空蒸着装置保守点検	1 式	ケニックス 高周波圧電素子作製装置及び高品質制御システム (PGS-240RL)	

1 総 則

本仕様書は、防衛大学校電気情報学群通信工学科で保有する真空蒸着装置の保守点検について適用する。

2 保守点検に関する要求

(1) 保守点検対象器材

本保守点検の対象器材及び設置場所は表による。

表

品 名	数 量	型 式	設置場所
真空蒸着装置	1	ケニックス 高周波圧電素子作製装置及び高品質制御システム (PGS-240RL)	教育研究 B 館 144 号室

(2) 役務内容

ア 部品交換

イ 総合的な器材の点検調整及び試運転

なお、細部要領は取扱い説明書による。

(3) 交換部品

ケニックス マスフローコントローラ 3660 ×4

ケニックス ガスパネル (PGS240GP) ・制御パネル (PGS240SP) ×1

別途、交換部品が発生した場合は、速やかに契約担当官等と協議するものとする。

(4) 消耗品等

作業に必要な消耗品等は契約相手方が準備するものとする。

(5) 役務実施場所

防衛大学校教育研究 B 館 144 号室

(6) 履行期限

令和 9 年 2 月 2 6 日

3 検 査

検査は、契約担当官等が定める監督及び検査実施要領により実施するものとする。

4 その他

- (1) 仕様書及び関係図書並びに作業内容を本役務の作業以外の目的で第三者に漏えいしないこと。また、作業で知り得た内容も同様とする。
- (2) 契約相手方は本役務を実施するにあたり、善管注意義務をもって作業を実施するものとし、作業場所における他の器材や施設の損傷等の防止に万全を期すものとする。
- (3) 契約相手方は本役務実施に際し、作業日等を前もって官側とよく調整を行うこと。
- (4) 本仕様書に疑義が生じた場合は、契約担当官等と協議するものとする。