

調達要求番号：5N5U1A30070

陸上自衛隊仕様書		
物品番号	仕様書番号	
募集広報用絆創膏	福島地本 - Z30063B	
	作成	令和 5年 10月 2日
	変更	令和 7年 10月 1日
	作成部隊等名	自衛隊福島地方協力本部

1 総則

1.1 適用範囲

この仕様書は、自衛隊福島地方協力本部が募集広報用として使用する、募集広報用絆創膏（以下、“絆創膏”という。）について規定する。

1.2 用語の定義

この仕様書に用いる用語及び定義は、GLT-CG-Z000001の1.2による。

1.3 引用文書

この仕様書に引用する次の文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この仕様書の一部をなすものであり、入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a) 仕様書

GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備等一般共通仕様書


b) 法令等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律（昭和35年法律第145号）
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（平成12年法律第100号）
陸上自衛隊仕様書等の記載要領について（通達）（陸幕装計第110号（23.4.1））

2 製品に関する要求

2.1 一般的要求事項

一般的要求事項は、次による。

- “国等による環境物品等の調達の推進に関する法律”及び“環境物品等の調達の推進に関する基本方針”に適合しなければならない。
- “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律”に基づき、“一般医療機器”として製造承認された製品であり、同法律で定められた事項を記載しなければならない。
- 契約の相手方は本仕様書に規定する規格の台紙に、のデザイン案を官側の指定する方法で印刷し、絆創膏を貼り付け、官側に納入するものとする。
- この仕様書に規定していない事項は、製造者が規定する仕様及び社内規格並びに商慣習による。

2.2 絆創膏規格

絆創膏の規格は、表1のとおりとする。

表1－絆創膏仕様

項目	規格	備考
材質	ポリオレフィン	－
寸法	W 7 2 × H 1 9 mm	許容誤差については± 5 mmとする。
入数	2枚	－

2.3 台紙仕様

台紙の規格は、表2のとおりとする。

表2－台紙仕様

項目	規格（基準）	備考
材質	コート紙	
寸法	W 1 0 5 × H 6 5 mm	許容誤差については縦横ともに± 5 mmとする。
印刷方法	4色カラー印刷（表面）	裏面については一色印刷（黒）とする。
印刷場所	図のとおり	裏面に“医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律”に基づく、必要事項を記載する。

図－絆創膏台紙デザイン案



裏面

文字は明朝体フォントを基準とする。

2.3 レイアウト構成・デザイン・校正

契約の相手方は、レイアウト見本、原稿、写真等のデータを契約担当官等から受領し、絆創膏台紙のレイアウト構成、デザイン等及び校正を実施する。細部は承認見本による。

2.4 デザインデータの引渡し方法

- 官側はデザイン案（図）及び案中の画像データをメール等により契約の相手方に引渡す。
- 引渡し時の形式はパワーポイント又はPDF形式とする。
- 官側から引渡されたデータについては、契約履行後速やかに破棄するものとする。

2.5 校正

契約相手方は2.4におけるデータをもとに、校正を実施するものとする。

2.6 出荷条件

調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

3 品質保証

監督及び検査については，契約担当官等の定める監督・検査実施要領による。

4 その他の必要事項

4.1 承認用見本等

契約の相手方は，契約締結後，製作又は納入に先立ち承認用見本を契約担当官等に提出し，承認を受けるものとする。

4.2 仕様書に関する疑義

この仕様書に関する疑義は，GLT-CG-Z000001の8.3による。