

事業評価書

| | | | |
|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|
| 補助事業名 | 小牧基地関連公共用施設質量分析装置購入事業 | | |
| 補助事業者名 | 小牧市長 | | |
| 実施場所 | 小牧市常普請一丁目20番地（小牧市民病院） | | |
| 補助事業の成果の目標 | 小牧基地周辺の市民の健康増進を図る。 今回購入する医療機器で、菌の同定、薬剤感受性の測定を行うことで、測定結果の精度向上、医療安全を推進することができる。 | | |
| 補助事業の内容 | 医療施設の機器（質量分析装置）の購入 | | |
| 補助事業の始期及び終期 | 令和6年度 | | |
| 事業費及び交付金額 | | 令和6年度 | 計 |
| | 事業費 | 円 41,800,000 | 円 41,800,000 |
| | 交付金額 | 11,000,000 | 11,000,000 |
| 補助事業の成果及び評価並びに地域住民への周知の実施状況 | <p>今回導入された質量分析装置は、質量分析技術を用いて細菌の菌名同定を行う機器と、微量液体希釈法を用いて細菌の各種抗菌薬に対する最小発育阻止濃度を自動で測定する機器です。</p> <p>従来使用していたものが耐用年数を超えて使用していたことと、バージョンが新しくなることで、同定可能な菌種数が格段に増えることと、測定の時間を短縮することができるようになりました。</p> <p>また、機器の購入後に行なった病院職員（臨床検査科）への聞き取り調査において、細菌の同定検査において以前よりスピーディーに行えるようになった、技師が目視で行っていた結果の判定も装置で判定することができるようになり、人為的なミスが起こる可能性も少なくなったなどの意見を得られました。</p> <p>周知については、機器の一部に防衛省の交付金が充当されたことがわかるようステッカーを貼付しました。</p> | | |
| 事業の改善措置及び今後の対応 | 無 | | |
| 事業の評価に際しての第三者機関の活用の有無 | 無 | | |

注：1 基金事業の場合には、事業費及び交付金額の欄に、年度ごとの基金造成額（交付金・市町村費等・その他・運用益・計）、基金処分別及び基金残額についても記載すること。

2 事業の評価に際して第三者機関を活用した場合は、当該第三者機関の名称及び構成員等を記載すること。